


77240153824610198734
09.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ РОССТАНДАРТА)
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО СМОЛЕНСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, тел.: (495) 547-51-30

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

23.04.2024

(дата проведения профилактического визита)

Время начала проведения профилактического визита:
__11__ ч. __00__ мин.

Время окончания проведения профилактического визита:
__11__ ч. __30__ мин.

Профилактический визит проведен:

Главным государственным инспектором отдела (инспекции) по Смоленской и Тверской областям
ЦМТУ Росстандарта Турковой Ольгой Владимировной;
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

Место проведения профилактического визита:
профилактический визит проводился с использованием видео-конференц-связи

(указать адрес места проведения профилактического визита либо указать, что профилактический визит проводился
с использованием видео-конференц-связи)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад
№1 «Смоляночка» города Смоленска (МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска),
ИНН 6730023393 ОГРН 1036758301348

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений)

При проведении профилактического визита присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска – Маханькова Светлана Владимировна;

(должность, Ф.И.О. представителя (представителей) контролируемого лица, присутствовавших при проведении профилактического визита)

Основания проведения профилактического визита:

- статья 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- п. 16, п. 32-38, 40 Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 г. № 1053 «Об утверждении Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- заявление от МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска.

(указать правовые основания проведения профилактического визита)

Профилактический визит проведен в рамках:

федерального государственного метрологического контроля (надзора)

(указать вид надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

ЦМТУ Росстандарта осуществляет федеральный государственный метрологический контроль (надзор) в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 1053 «Об утверждении Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Согласно п. 16 Положения при осуществлении надзора должностные лица вправе проводить следующие виды профилактических мероприятий:

- а) информирование;
- б) обобщение правоприменительной практики;
- в) объявление предостережения;
- г) самообследование;
- д) профилактический визит.

Согласно п. 32 Положения профилактический визит проводится должностными лицами в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

Согласно п. 35 Положения в ходе профилактического визита должностными лицами может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов надзора к категориям риска, в том числе:

- а) сведения о выполняемых измерениях в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- б) сведения о применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средствах измерений, стандартных образцов, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений (при наличии).

Основным законодательным актом в сфере метрологии в Российской Федерации на данный момент является Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ).

Согласно подпункту а) пункта 9 Положения объектом федерального государственного метрологического контроля (надзора) является деятельность **МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска** по обращению средств измерений утвержденного типа, стандартных образцов утвержденного типа или эталонов единиц величин.

На основании подпункта б) пункта 9 Положения и пункта 1 части 3 статьи 1 Федерального закона № 102-ФЗ объектом федерального государственного метрологического контроля (надзора) является деятельность **МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска**, а именно выполнение измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и применение для этих целей средств измерений, в областях деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 1 Федерального закона № 102-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ, средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

В соответствии с пунктами 17 и 18 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", проведение первичной поверки средств измерений одного типа при выпуске их из производства до ввода в эксплуатацию осуществляется на основании выборки, если это предусмотрено методикой поверки и осуществлено аккредитованным на поверку лицом.

Периодической поверке подвергается каждый экземпляр средств измерений, находящихся в эксплуатации, через межповерочные интервалы, а также средств измерений, повторно вводимых в эксплуатацию после их длительного хранения (более одного межповерочного интервала).

Согласно пункту 11 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", поверка средств измерений, включенных в Перечень средств измерений, осуществляется государственными региональными центрами метрологии в соответствии с их областью аккредитации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 утвержден Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.

Поверка средств измерений, не включенных в Перечень средств измерений, осуществляется аккредитованными на поверку юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с их областью аккредитации.

Согласно пункту 4 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Такие сведения должны быть переданы во ФГИС «Аршин» аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, в сроки, согласованные с лицом, представляющим средства измерений в поверку, но не превышающие 40 рабочих дней с даты проведения поверки средств измерений.

Результаты поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, действительны в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками в соответствии с порядком

установления и изменения интервала между поверками средств измерений, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее - межповерочный интервал). Срок действия межповерочного интервала исчисляется с даты поверки средства измерения. Датой поверки средства измерений считается день окончания работ по выполнению процедур, предусмотренных методикой поверки, установленной в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее – методика поверки).

Согласно пункту 11 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", поверка средств измерений выполняется в целях подтверждения их соответствия установленным метрологическим требованиям.

Соответственно, средства измерений утвержденного типа должны проходить поверку в установленные законодательством сроки. Применение средств измерений в сфере осуществления деятельности в области здравоохранения с истекшим сроком поверки недопустимо.

Приказом Минздрава России от 15.08.2012 № 89н "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 № 26328) установлен перечень медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений.

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.) установлен перечень измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения.

Таким образом, все медицинские изделия, которые признаны средствами измерений и используются при измерениях в сфере здравоохранения и входят в вышеперечисленные перечни, подлежат поверке.

Ответственность за нарушение законодательства об обеспечении единства измерений предусмотрена статьей 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностное лицо – от 20 до 50 тысяч рублей.

Федеральный государственный метрологический контроль (надзор) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

В соответствии с критериями отнесения объектов федерального государственного метрологического контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, установленными приложением № 1 к Положению, деятельность МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка» г. Смоленска относится к группе тяжести А – осуществление деятельности в области здравоохранения.

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируруемыми лицами обязательных требований деятельность, подлежащая федеральному государственному метрологическому контролю (надзору), разделяется на группы вероятности "1", "2", "3" и "4" (далее - группы вероятности).

К группе вероятности "1" относится деятельность контролируемых лиц, осуществляемая с нарушениями требований законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.19 КоАП РФ, в отношении

которых имеется вступившее в силу в течение 2 последних лет постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица, или его должностного лица, или индивидуального предпринимателя.

К группе вероятности "2" относится деятельность контролируемых лиц, осуществляемая с нарушениями требований законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.19 КоАП РФ, в отношении которых имеется вступившее в силу в течение 3 последних лет постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица, или его должностного лица, или индивидуального предпринимателя.

К группе вероятности "3" относится деятельность контролируемых лиц, осуществляемая с нарушениями требований законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.19 КоАП РФ, в отношении которых имеется вступившее в силу в течение 4 последних лет постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица, или его должностного лица, или индивидуального предпринимателя.

К группе вероятности "4" относится деятельность контролируемых лиц при отсутствии обстоятельств, указанных в п.8-10 приложения №1 Положения.

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности согласно таблице:

Категория риска	Группа тяжести	Группа вероятности
Высокий	A	1
Значительный	A	2
Средний	A	3

Согласно п. 41 Положения при осуществлении надзора должностными лицами проводятся контрольные (надзорные) мероприятия и совершаются контрольные (надзорные) действия согласно приложению N 2 Положения.

Согласно п. 42. Положения при осуществлении надзора проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- а) мониторинговая закупка;
- б) инспекционный визит;
- в) рейдовый осмотр;
- г) документарная проверка;
- д) выездная проверка.

Согласно п. 44 Положения виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска при осуществлении надзора определяются следующим образом:

- а) при высокой категории риска - 1 раз в 2 года:
 - мониторинговая закупка;
 - инспекционный визит;
 - выездная проверка;
- б) при значительной категории риска - 1 раз в 3 года:
 - мониторинговая закупка;
 - инспекционный визит;

документарная проверка;

в) при средней категории риска - 1 раз в 4 года:

мониторинговая закупка;

инспекционный визит;

документарная проверка.

г) при умеренной категории риска - 1 раз в 5 лет:

мониторинговая закупка;

инспекционный визит;

документарная проверка;

д) при низкой категории риска - плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Инспекционный визит проводится в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ и приложением № 2 к Положению.

В ходе инспекционного визита допускается проводить контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

Документарная проверка проводится в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ и приложением № 2 к Положению.

В рамках документарной проверки могут осуществляться контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней.

Выездная проверка проводится в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ и приложением № 2 к Положению.

В рамках выездной проверки могут осуществляться контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза.

Срок проведения выездной проверки устанавливается в пределах 10 рабочих дней.

Конкретное контрольное (надзорное) мероприятие и перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия, указываются в приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его территориального органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Рекомендуемые способы снижения категории риска Положением не установлены.

(указывается информация, доведенная до контролируемого лица: об обязательных требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)

Сведения о непосредственной угрозе причинения (ущерба) охраняемым законом ценностям или причинения такого вреда (ущерба), установленные в ходе проведения профилактического визита: не установлены.

(указать в случае, если такие сведения были получены в ходе профилактического визита)

Согласно п.37. Положения информация о проведенном профилактическом визите в случае необходимости может содержать предложения по дальнейшим действиям, направленным на обеспечение соблюдения обязательных требований.

Предложения о дальнейших действиях, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований:

осуществление самостоятельной оценки соблюдения требований (самообследование) в соответствии с методическими рекомендациями, размещенными на официальном сайте Росстандарта в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/statecontrol>.

Предлагаем Вам в рамках реализации плана мероприятий по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность Росстандарта пройти опрос по федеральному государственному метрологическому контролю (надзору), который доступен по следующей ссылке: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/statecontrol/informing/examination/fgmn>

(указать в случае выявления в ходе профилактического визита непосредственной угрозы причинения (ущерба) охраняемым законом ценностям или причинения такого вреда (ущерба))

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Главный государственный инспектор
отдела (инспекции) по Смоленской и Тверской областям
ЦМТУ Росстандарта О.В. Туркова

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Туркова Ольга Владимировна
Идентификатор пользователя 330